

Утверждаю
Управляющий АО «ШЗГ»
Н.В. Геркен
« » 2020г.

**Техническое задание
на поставку копра**

1 Общие сведения

Заказчик: АО «Шахтинский завод Гидропривод», г.Шахты, пер.Якутский,2

2. Предмет поставки

Тип копра

Маятниковый ГОСТ 10708

Вид испытаний

Двухопорный ударный изгиб (метод Шарпи) ГОСТ 9454

3. Основные характеристики

Подъем маятника

Автоматический, после разрушения образца

Тип привода подъемного устройства

пневматический

Наибольший запас потенциальной энергии

300 Дж

Допускаемая погрешность показаний отсчетного устройства копра, кгс. м, не более

0,1

Допускаемое отклонение запаса энергии копра от номинального значения, %, не более

± 1

4. Требования к машине

Машина должна соответствовать 10708.

Климатическое исполнение УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

Должна быть зарегистрирована в ГосРеестре СИ.

Первичная поверка в ФБУ «ЦСМ».

5. Требования к документации

Паспорт, руководство по эксплуатации и другая сопроводительная документация согласно ЕСКД с указанием гарантий качества и сроков службы.

Примечание: *Рассмотрим предложения на приобретение как нового копра так и б/у.*

Согласовано

Технический директор АО «ШЗГ»

А.М.Гоголев

Главный металлург АО «ШЗГ»

Н.Н. Половинка

Разработал

Начальник ИЦ

О.Г.Журавлева